



# Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

## Certificado de Análisis

Lote **25398**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

**8032**

**DIFENILAMINA**

**122-39-4**

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha Elaboración

Fecha Caducidad

Reactivo ACS

$(C_6H_5)_2NH$

169.22

09 / 01 / 2018

Enero 2028

### Pruebas

### Resultados

### Especificaciones

Sensibilidad para nitratos

Pasa prueba

Pasa prueba

Solubilidad en alcohol

Pasa prueba

Pasa prueba

Residuo después de la ignición

0.02 %

0.03 % máx.

Nitrato (NO<sub>3</sub>)

Pasa prueba

Pasa prueba

Punto de fusión (°C)

53

52.5 – 54.0 °C

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10<sup>a</sup> edición.

Control de Calidad

Q.F.B Iván Zúñiga

Firma