



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis			Lote	28915
Catálogo	<i>Descripción del producto</i>		<i>CAS No.</i>	
0830	FENOLFTALEINA Indicador en solución alcohólica al 1%		77-09-8	64-17-5
<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivos	N/A	N/A	09 / 08 / 2019	Agosto 2022

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Claridad de la solución alcohólica	Pasa prueba	Pasa prueba
<u>Intervalo visual de transición:</u>		
pH 8.0	Incoloro	Incoloro
pH 10.0	Rojo	Rojo

Observaciones:
Conforme a especificaciones.

Control de Calidad
Q.F.B Daniel Torres
<i>Daniel Torres</i> Firma