



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

| Certificado de Análisis | | | Lote | 30146 |
|--------------------------------|--|------------|--------------------------|------------------------|
| Catálogo | <i>Descripción del producto</i> | | <i>CAS No.</i> | |
| 0938 | SOLUCIÓN ESTÁNDAR Para conductímetro (6000μS) | | 7447-40-7 | 7732-18-5 |
| Grado | Fórmula | P.M. | <i>Fecha Elaboración</i> | <i>Fecha Caducidad</i> |
| Reactivos | N/A | N/A | 13 / 05 / 2020 | Mayo 2023 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Conductividad a 25 °C | 6005 μS | 6000 – 6010 μS |
| Apariencia | Pasa prueba | *LCLMS |

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

**LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida.*

Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST. Material Estándar de Referencia SRM 999c.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.