



Karal S.A. de C.V.

Bvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	30599
Catálogo	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0612	NITRATO DE PLATA Solución volumétrica 0.0282 N	7761-88-8 7732-18-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivos	N/A	N/A	25 / 08 / 2020	Agosto 2023

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.028202 N	0.0282 – 0.028205 N
Apariencia	LCLMS	*LCLMS
pH de la solución	4.5	3.0 – 6.0

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST. Material de referencia SRM 999c.

*LCLMS: Líquido claro libre de materia en suspensión.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.