



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

| Certificado de Análisis | | Lote | 31912 |
|--------------------------------|--|------------------|------------------|
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. | |
| 0120 | ÁCIDO CLORHÍDRICO Solución volumétrica 0.01 N | 7647-01-0 | 7732-18-5 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha Elaboración | Fecha Caducidad |
|-----------------|------------|------------|-----------------------|------------------|
| Reactivo | N/A | N/A | 11 / 05 / 2021 | Mayo 2024 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
|----------------|-------------------|-------------------------|
| Normalidad | 0.0102 N | 0.01 – 0.0105 N |
| Apariencia | LCLMS | *LCLMS |

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

*LCLMS= Líquido Claro Libre de Materia Suspendida

Solución estandarizada a 20 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM 723e.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.