

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	32372
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0925	SOLUCIÓN ESTÁNDAR Para conductímetro (1413µS)	7447-40-7 7732-18-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N / A	N / A	05 / 08 / 2021	Agosto 2024

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Conductividad a 25 °C	1418 µS	1413 - 1423 µS
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*

Observaciones: <p style="text-align: center;"><i>Conforme a especificaciones.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST. Material Estándar de Referencia SRM 999c.</i></p>
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.