



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	32568
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
6015	TARTRATO DE ANTIMONIO Y POTASIO	28300-74-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo ACS	$K_2(C_4H_2O_6Sb)_2 \cdot 3H_2O$	667.87	03 / 09 / 2021	Septiembre 2031

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [$K_2(C_4H_2O_6Sb)_2 \cdot 3H_2O$]	100.5 %	99.0 – 103.0 %
Perdida por secado	1.7 %	2.7 % máx.
Arsénico	< 0.015 %	0.015 % máx.
Ácido o base tituable (meq/g)	0.007	0.020 máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.