



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **13988**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

5062

TARTRATO DE POTASIO
1/2 Hidrato

921-53-9

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha

Caducidad

Reactivo

$K_2C_4H_4O_6 \cdot \frac{1}{2}H_2O$

235.28

13 / 07 / 2012

Julio 2022

Pruebas	Resultados		Especificaciones	
Ensayo [$K_2C_4H_4O_6 \cdot \frac{1}{2}H_2O$]	99.0	%	99.0	% mín.
Materia insoluble	0.00012	%	0.005	% máx.
pH de la solución al 5% a 25 °C	7.94		6.5 – 8.5	
Cloruro (Cl)	0.001	%	0.001	% máx.
Fosfato (PO_4)	0.0003	%	0.0005	% máx.
Sulfato (SO_4)	0.001	%	0.005	% máx.
Amonio (NH_4)	0.0003	%	0.001	% máx.
Calcio (Ca)	0.005	%	0.005	% máx.
Metales pesados (como Pb)	0.0002	%	0.0005	% máx.
Hierro (Fe)	0.00005	%	0.0005	% máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.