



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **19983**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

8011

**Nitrato de plata
Estándar primario**

7761-88-8

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo primario	AgNO ₃	169.87	01 / 09 / 2015	Septiembre 2025

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [AgNO ₃] base metal	99.999 %	99.999 % mín.

Los niveles de trazas e impurezas de este producto son reportados en partes por millón (ppm) y son determinados por absorción atómica (AA).

Al < 0.1	As < 0.1	Ba < 0.1	Bi < 0.1	Ca < 0.1
Cd < 0.1	Co < 0.1	Cr < 0.1	Cu < 0.1	Fe < 0.1
Hg < 0.1	K < 0.1	Li < 0.1	Mg < 0.1	Mn < 0.1
Mo < 0.1	Na < 0.1	Ni 6	Pb < 0.1	Pd < 0.1
Pt < 0.1	Sb 0.2	Sn < 0.1	Sr < 0.1	Ti < 0.1
Zn < 0.1	Zr 0.3			

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.