



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **24638**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

0667

HIDRÓXIDO DE POTASIO
Solución volumétrica 1.0 N

1310-58-3

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha

Caducidad

Reactivo

KOH

56.11

11 / 09 / 2017

Marzo 2019

Pruebas

Resultados

Especificaciones

Normalidad

1.0000048 N

0.99 – 1.001 N

Apariencia

Pasa prueba

LCLMS


Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 20 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia
SRM 84L

Control de Calidad

Q.F.B Iván Zúñiga



Firma