



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

| Certificado de Análisis | | Lote | 27250 |
|--------------------------------|---|------------------|--------------|
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. | |
| 5062 | TARTRATO DE POTASIO 1/2 HIDRATO. | 6100-19-2 | |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha Elaboración | Fecha Caducidad |
|-----------------|--|---------------|-----------------------|---------------------|
| Reactivo | $K_2C_4H_4O_6 \cdot \frac{1}{2}H_2O$ | 235.28 | 16 / 10 / 2017 | Octubre 2028 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------|
| pH de la solución al 5% a 25 °C | 8.5 | 6.0 – 8.5 |
| Materia insoluble | < 0.005 % | 0.005 % máx. |
| Cloruro (Cl) | < 0.001 % | 0.001 % máx. |
| Fosfato (PO ₄) | < 0.001 % | 0.001 % máx. |
| Sulfato (SO ₄) | 0.005 % | 0.005 % máx. |
| Metales pesados (como Pb) | < 0.0005 % | 0.0005 % máx. |
| Hierro (Fe) | < 0.0005 % | 0.0005 % máx. |

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Control de Calidad
Q.F.B Iván Zúñiga



Firma