



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	29901
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0351	SOLUCIÓN ESTÁNDAR Para electrodos ORP (470mV)	7664-93-9	7783-85-9
		7783-83-7	7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	06 / 03 / 2020	Marzo 2023

Pruebas	Resultados	Especificaciones
mV	471	467 ± 5 mV
Apariencia	LMS	LMS

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.