

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	41108
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>		<i>CAS No.</i>
0339	CLORURO DE MAGNESIO Solución patrón 0.05 M		7791-18-6 7732-18-5

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N/A	N/A	05 / 07 / 2024	Julio 2027

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Molaridad	0.0501 M	0.0495 – 0.0505 M
Apariencia	L.M.S	L.M.S*

Trazabilidad al NIST

Valorada con solución de EDTA 0.1M trazable al NIST SRM 915b. Solución estandarizada a 20 °C.

- Calibración de balanzas**
 Todas las balanzas analíticas son calibradas por un procedimiento y laboratorio de calibración acreditado. Los pesos usados para las pruebas son comparados anualmente con pesos estándar y son trazables al NIST.
- Calibración del material de vidrio**
 Se emplea un procedimiento interno para calibrar todo el material de vidrio clase A usado en la manufactura y control de calidad de CRM/RMs.

Soporte técnico:

- ISO 9001:2015 Registro ante el Sistema del manejo de calidad.**
 - Número de registro del certificado: 10008077 QM15.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

**L.M.S: Libre de materia en suspensión*