



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	41154
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
3009	FENOLFTALEINA	77-09-8	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo ACS	C₂₀H₁₄O₄	318.33	15 / 07 / 2024	Julio 2034

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Claridad de la solución alcohólica	Pasa prueba	Pasa prueba
<u>Intervalo visual de transición:</u>		
pH 8.0	Incoloro	Incoloro
pH 10.0	Morado oscuro	Rojo

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.