



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	41287
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0828	SOLUCIÓN ESTÁNDAR Para conductímetro (12900 µS)	7447-40-7	7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	06 / 08 / 2024	Agosto 2027

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Conductividad a 25°C (µS)	12900	12890 – 12910 µS
Apariencia	LMS*	LMS*

Observaciones:

Conforme a especificaciones

**LMS: Libre de Materia en Suspensión.*

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.