



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **41334**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

2026

METIL ISOBUTIL CETONA

108-10-1

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Caducidad
Reactivo ACS	$(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{COCH}_3$	100.16	08 / 08 / 2024	Agosto 2034

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [$(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{COCH}_3$]	99.9 %	98.5 % min.
Color (APHA)	5	15
Agua (H_2O)	0.1 %	0.1 % máx.
Residuo después de la evaporación	< 0.001 %	0.005 % máx.
Acidez titulable (meq/g)	< 0.001	0.002 máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.