



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	41499
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
2052	CLOURUO DE ALUMINIO HEXAHIDRATADO	7784-13-6	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	AlCl₃ · 6H₂O	241.43	02 / 09 / 2024	Septiembre 2034

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo (AlCl ₃ · 6H ₂ O)	98.9 %	97.0 % min.
Materia insoluble	0.004 %	0.005 % máx.
Sulfato (SO ₄)	< 0.01 %	0.01 % máx.
Metales pesados	< 0.01 %	0.01 % máx.
Hierro (Fe)	< 0.001 %	0.001 % máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.