

	<h1 style="color: blue;">Karal S.A. de C.V.</h1>
	<p>Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx</p>

Certificado de Análisis		Lote 41712
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.
0270	YODO Solución volumétrica 0.04728 N	7553-56-2 7681-11-0 7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	11 / 10 / 2024	Octubre 2027

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.04730 N	0.04728 – 0.04730 N
Apariencia	LMS*	LMS*
Yoduro de potasio (g/L)	57.0 g/L	57.0 g/L

Trazabilidad al NIST

La concentración de esta solución es trazable al NIST material estándar de referencia SRM 83d.

- Calibración de balanzas y verificación.**
 Las balanzas analíticas y pesas usadas para la verificación, son calibradas por un laboratorio acreditado.
- Verificación del material de vidrio.**
 Se emplea un procedimiento interno para verificar la calibración del material de vidrio clase A usado en los procesos de laboratorio.
- Soporte técnico:**
 Este material fue analizado bajo un sistema de control de **calidad ISO 9007:2015** Número de registro del certificado: 10008077 QM15.

<p>Observaciones:</p> <p style="text-align: center;"><i>Conforme a especificaciones internas.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>LMS*: Libre de materia en suspensión.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Solución estandarizada a 20 °C.</i></p>
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.