

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	41798
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0111	ÁCIDO CLORHÍDRICO Solución volumétrica 0.1 N	7647-01-0 7732-18-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N/A	N/A	28 / 10 / 2024	Octubre 2027

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.1003 N	0.0995 - 0.1005 N
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*

Trazabilidad al NIST

La concentración de esta solución estándar es trazable al NIST SRM 723e. Solución estandarizada a 20 °C.

- Calibración de balanzas**

Todas las balanzas analíticas son calibradas por un procedimiento y laboratorio de calibración acreditado. Los pesos usados para las pruebas son comparados anualmente con pesos estándar y son trazables al NIST.

- Calibración del material de vidrio**

Se emplea un procedimiento interno para calibrar todo el material de vidrio clase A usado en la manufactura y control de calidad de CRM/RMs.

Soporte técnico:

- ISO 9001:2015 Registro ante el Sistema del manejo de calidad.**
 - Número de registro del certificado: 10008077 QM15.

Observaciones:
<p><i>Conforme a especificaciones internas.</i></p> <p><i>*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia en Suspensión.</i></p>

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.