



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	41823
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
5101	BIYODATO DE POTASIO ESTÁNDAR PRIMARIO	13455-24-8	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	$KH(IO_3)_2$	389.91	31 / 10 / 2024	Octubre 2034

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [acido-base]	100.03 %	99.95 – 100.05 %
Materia insoluble	< 0.01 %	0.01 % máx.
Cloruro + Bromuro	< 0.02 %	0.02 % máx.
Sulfato (SO_4)	< 0.001 %	0.005 % máx.
Metales Pesados (como Pb)	< 0.001 %	0.001 % máx.
Hierro (Fe)	< 0.001 %	0.001 % máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.