



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis			Lote	42011
Catálogo	<i>Descripción del producto</i>		<i>CAS No.</i>	
0340	ÁCIDO CLORHÍDRICO. Solución volumétrica 3.0 N		7647-01-0	7732-18-5
<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivos	HCl	36.46	10 / 12 / 2024	Diciembre 2025

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Molaridad	3.05 N	2.95 – 3.05 N
Apariencia	LCLMS	LCLMS*

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

**LCLMS.: Líquido Claro Libre de Materia en Suspensión.*

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.