



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	4834
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
H002	HIPOCLORITO DE SODIO AL 0.5 %	7681-52-9	7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	23 / 05 / 2024	Mayo 2025

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo	0.44 %	0.40 – 0.60 %
Apariencia	L.M.S	*L.M.S

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

**L.M.S: Libre de materia suspendida*

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.