

Certificado de Análisis		Lote	50571
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0706	HIDRÓXIDO DE SODIO Solución volumétrica 1.0 N	1310-73-2 7732-18-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	10 / 04 / 2025	Abril 2028

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	1.002 N	0.995 N - 1.005 N
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*

- Trazabilidad al NIST**
 La concentración de esta solución es trazable al NIST material estándar de referencia SRM 84L.
- Calibración de balanzas y verificación**
 Las balanzas analíticas y las pesas usadas para la verificación, son calibradas por un laboratorio acreditado.
- Verificación del material de vidrio**
 Se emplea un procedimiento interno para verificar la calibración del material de vidrio clase A usado en los procesos de laboratorio.

Soporte técnico:

Este material fue analizado bajo un sistema de control de calidad **ISO 9001:2015** Número de registro del certificado: 10008077 QM15

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones internas.</i> <i>*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia en Suspensión.</i>
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.