



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **50572**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

0706

HIDRÓXIDO DE SODIO
Solución volumétrica 1.0 N

1310-73-2
7732-18-5

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha Elaboración

Fecha Caducidad

Reactivo

N/A

N/A

10 / 04 / 2025

Abril 2028

Pruebas

Resultados

Especificaciones

Normalidad

1.003 N

0.995 N - 1.005 N

Apariencia

LCLMS*

LCLMS*

- Trazabilidad al NIST**

La concentración de esta solución es trazable al NIST material estándar de referencia SRM 84L.

- Calibración de balanzas y verificación**

Las balanzas analíticas y las pesas usadas para la verificación, son calibradas por un laboratorio acreditado.

- Verificación del material de vidrio**

Se emplea un procedimiento interno para verificar la calibración del material de vidrio clase A usado en los procesos de laboratorio.

Soporte técnico:

Este material fue analizado bajo un sistema de control de calidad **ISO 9001:2015** Número de registro del certificado: 10008077 QM15

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia en Suspensión.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.