

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	51122
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
8032	DIFENILAMINA	122-39-4	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo ACS	(C₆H₅)₂NH	169.22	17 / 07 / 2025	Julio 2035

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Sensibilidad para nitratos	Pasa prueba	Pasa prueba
Solubilidad en alcohol	Pasa prueba	Pasa prueba
Residuo después de la ignición	< 0.01 %	0.03 % máx.
Nitrato (NO ₃)	Pasa prueba	Pasa prueba
Punto de fusión (°C)	53	52.5 – 54.0 °C

Observaciones: Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.