



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	51132
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0887	SOLUCIÓN ESTÁNDAR Para conductímetro (5000 μS/cm)	7447-40-7	7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N / A	N / A	18 / 07 / 2025	Julio 2028

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Conductividad	5001 μ S	4995 – 5005 μ S/cm
Apariencia	*LCLMS	*LCLMS

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

**LCLMS: Líquido claro y libre de materia en suspensión.*

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.