



# Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

<b>Certificado de Análisis</b>		Lote	<b>51339</b>
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
<b>0931</b>	<b>SOLUCIÓN ESTÁNDAR Para conductímetro (84 µS/cm)</b>	<b>7447-40-7</b>	<b>7732-18-5</b>

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N / A	N / A	20 / 08 / 2025	Agosto 2026

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Conductividad a 25 °C	84.5 µS/cm	81.0 – 87.0 µS/cm
Apariencia	*LMS	*LMS

**Observaciones:**

*Conforme a especificaciones internas.*

*\*LMS: Libre de Materia Suspendida.*

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**