



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	51385
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
3092	ÉTER DE PETRÓLEO HPLC Para cromatografía líquida	8032-32-4	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha de elaboración	Caducidad
Reactivo para HPLC	N / A	N / A	26 / 08 / 2025	Agosto 2035

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Color (APHA)	< 5	10 máx.
Rango de ebullición	35 °C	35 – 60 °C
Residuo después de la evaporación	0.001 %	0.001 % máx.
Acidez	Pasa prueba	Pasa prueba
Absorbancia Ultravioleta (1.0 – cm celda contra agua):		
400 – 270 nm	< 0.01	0.01 máx.
250 nm	< 0.01	0.05 máx.
230 nm	0.02	0.20 máx.
220 nm	0.06	1.00 máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.