

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	51577
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
7014	NEGRO DE ERIOCROMO T	1787-61-7	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo ACS	C₂₀H₁₂N₃NaO₇S	461.38	26 / 09 / 2025	Septiembre 2035

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Claridad de la solución	Pasa prueba	Pasa prueba
Aptitud como indicador complejométrico	Pasa prueba	Pasa prueba

Observaciones: Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.