

Certificado de Análisis		Lote	51702
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0339	CLOURUO DE MAGNESIO Solución patrón 0.05 M	7791-18-6 7732-18-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	20 / 10 / 2025	Octubre 2028

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Molaridad	0.0501 M	0.0495 – 0.0505 M
Apariencia	L.M.S	L.M.S*

Trazabilidad al NIST

La concentración de esta solución es trazable al NIST SRM 915b. Solución estandarizada a 20 °C.

- Calibración de balanzas y verificación.**
 Las balanzas analíticas y las pesas usadas para la verificación, son calibradas por un laboratorio acreditado.
- Verificación del material de vidrio.**
 Se emplea un procedimiento interno para verificar la calibración del material de vidrio clase A usado en los procesos de laboratorio.

Soporte técnico

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 número de registro del certificado 10008077 QM15.

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

*L.M.S: Libre de materia en suspensión.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.