



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

| Certificado de Análisis | | | Lote | 51723 |
|--------------------------------|---|------------|-----------------------|---------------------|
| Catálogo | <i>Descripción del producto</i> | | <i>CAS No.</i> | |
| 0144 | ÁCIDO SULFÚRICO Solución volumétrica 0.5 N | | 7664-93-9 | 7732-18-5 |
| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha Elaboración | Fecha Caducidad |
| Reactivos | N/A | N/A | 23 / 10 / 2025 | Octubre 2028 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
|----------------|-------------------|-------------------------|
| Normalidad | 0.5005 N | 0.4995 – 0.5005 N |
| Apariencia | *LCLMS | *LCLMS |

Trazabilidad al NIST

La concentración de esta solución estándar es trazable al NIST SRM 723e. Solución estandarizada a 20 °C.

• Calibración de balanzas y verificación.

Las balanzas analíticas y las pesas usadas para la verificación, son calibradas por un laboratorio acreditado.

• Verificación del material de vidrio.

Se emplea un procedimiento interno para verificar la calibración del material de vidrio clase A usado en los procesos de laboratorio.

Soporte técnico

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 número de registro del certificado 10008077 QM15

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

**LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida.*

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.