

Certificado de Análisis		Lote	51763
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0613	NITRATO DE PLATA Solución volumétrica 0.153 N	7761-88-8 7732-18-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	29 / 10 / 2025	Octubre 2028

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.1532 N	0.1525 – 0.1535 N
Apariencia	*LCLMS	*LCLMS
pH	3.5	3.0 – 6.0

Trazabilidad al NIST

La concentración de esta solución estándar es trazable al NIST SRM 999c. Solución estandarizada a 20 °C.

- Calibración de balanzas y verificación.**

Las balanzas analíticas y las pesas usadas para la verificación, son calibradas por un laboratorio acreditado.

- Verificación del material de vidrio.**

Se emplea un procedimiento interno para verificar la calibración del material de vidrio clase A usado en los procesos de laboratorio.

Soporte técnico:

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 número de registro del certificado 10008077 QM15

Observaciones: Conforme a especificaciones internas. *LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia en Suspensión.
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.