



# Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

## Certificado de Análisis

Lote **60514**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

**5701**

**CLOURURO DE LITIO**

**7447-41-8**

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha Elaboración

Fecha Caducidad

**Reactivo ACS**

**LiCl**

**42.39**

**25 / 03 / 2026**

**Marzo 2036**

<b>Pruebas</b>	<b>Resultados</b>	<b>Especificaciones</b>
Ensayo [LiCl]	99.4 %.	99.0 % mín.
Materia insoluble	< 0.01 %.	0.01 % máx.
Perdida por secado	0.4 %.	1.0 % máx.
Base titulable	0.001 meq/g	0.008 meq/g
Nitrato (NO <sub>3</sub> )	< 0.001 %.	0.001 % máx.
Sulfato (SO <sub>4</sub> )	< 0.01 %.	0.01 % máx.
Bario (Ba)	< 0.003 %.	0.003 % máx.
Metales pesados (Como Pb)	< 0.002 %.	0.002 % máx.
Hierro (Fe)	< 0.001 %.	0.001 % máx.
Calcio (Ca)	< 0.01 %.	0.01 % máx.
Potasio (K)	< 0.01 %.	0.01 % máx.
Sodio (Na)	< 0.20 %.	0.20 % máx.

### Soporte técnico:

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad **ISO 9001:2015** Número de registro del certificado: 10008077 QM15.

### Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**