



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	60559
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0285	ÁCIDO ASCÓRBICO. SOLUCIÓN AL 1%.	50-81-7 7732-18-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	09 / 04 / 2026	Abril 2029

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Apariencia	*LCLMS	*LCLMS

Calibración de balanzas y verificación

Las balanzas analíticas y las pesas usadas para la verificación, son calibradas por un laboratorio acreditado.

Verificación del material de vidrio

Se emplea un procedimiento interno para verificar la calibración del material de vidrio clase A usado en los procesos de laboratorio.

Soporte técnico:

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad **ISO 9001:2015** Número de registro del certificado: 10008077 QM15.

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas

**LCLMS: Líquido claro libre de materia en suspensión*

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.