



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **60578**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

3024

**FOSFATO DE AMONIO
Dibásico**

7783-28-0

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo ACS	$(NH_4)_2HPO_4$	132.06	13 / 04 / 2026	Abril 2036

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo $[(NH_4)_2HPO_4]$	98.9 %	98.0 % mín.
pH de la solución al 5% a 25 °C	8.0	7.7- 8.1
Materia insoluble	0.003 %	0.005 % máx.
Cloruro (Cl)	< 0.001 %	0.001 % máx.
Nitrato (NO ₃)	< 0.003 %	0.003 % máx.
Sulfato (SO ₄)	< 0.01 %	0.01 % máx.
Metales pesados (como Pb)	< 0.001 %	0.001 % máx.
Hierro (Fe)	< 0.001 %	0.001 % máx.
Calcio (Ca)	< 0.001 %	0.001 % máx.
Magnesio (Mg)	< 0.0005 %	0.0005 % máx.
Potasio (K)	< 0.005 %	0.005 % máx.
Sodio (Na)	< 0.005 %	0.005 % máx.

Soporte técnico:

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad **ISO 9001:2015** Número de registro del certificado: 10008077 QM15.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.