



# Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

Certificado de Análisis		Lote	60622
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
8030	<b>DEXTROSA ANHIDRA</b>	<b>50-99-7</b>	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo ACS	$CH_2OH(CHOH)_4CHO$	180.16	16 / 04 / 2026	Abril 2036

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Materia insoluble	0.001 %	0.005 % máx.
Pérdida por secado a 105 °C	0.2 %	0.2 % máx.
Residuo después de la ignición	0.01 %	0.02 % máx.
Acidez titulable (meq/g)	0.001	0.002 máx.
Cloruro (Cl)	< 0.01 %	0.01 % máx.
Sulfato y sulfito (como SO <sub>4</sub> )	< 0.005 %	0.005 % máx.
Almidón	Pasa prueba	Pasa prueba
Metales pesados (como Pb)	< 0.0005 %	0.0005 % máx.
Hierro (Fe)	< 0.0005 %	0.0005 % máx.

### Soporte técnico:

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 Número de registro del certificado: 10008077 QM15

### Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11<sup>a</sup> edición.

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**