



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **60848**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

0149

ÁCIDO SULFÚRICO
Reactivo en solución al 25%

7664-93-9
7732-18-5

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha Elaboración

Fecha Caducidad

Reactivo

H₂SO₄

98.08

21 / 05 / 2026

Mayo 2029

Pruebas

Resultados

Especificaciones

Apariencia

* LMS

*LMS

Color

< 3

10 máx.

Ensayo (H₂SO₄)

25.4 %

24.5 – 25.5 %

Calibración de balanzas y verificación

Las balanzas analíticas y las pesas usadas para la verificación, son calibradas por un laboratorio acreditado.

Verificación del material de vidrio

Se emplea un procedimiento interno para verificar la calibración del material de vidrio clase A usado en los procesos de laboratorio.

Soporte técnico:

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad **ISO 9001:2015** Número de registro del certificado: 10008077 QM15

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

**LMS: Libre de materia en suspensión.*

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.