

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	61016
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0235	ÁCIDO NÍTRICO Solución volumétrica 2 N	7697-37-2 7732-18-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	16 / 06 / 2026	Junio 2029

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	2.004 N	1.995 – 2.005 N
Apariencia	LCLMS	*LCLMS

Trazabilidad al NIST

La concentración de esta solución es trazable al NIST material estándar de referencia SRM 84L. Solución estandarizada a 20 °C.

- Calibración de balanzas y verificación**
 Las balanzas analíticas y las pesas usadas para la verificación, son calibradas por un laboratorio acreditado.
- Verificación del material de vidrio**
 Se emplea un procedimiento interno para verificar la calibración del material de vidrio clase A usado en los procesos de laboratorio.

Soporte técnico:

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad **ISO 9001:2015** Número de registro del certificado: 10008077 QM15

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones internas.</i> <i>*LCLMS: Líquido claro libre de materia en suspensión.</i>
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.