

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	61045
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
2007	ACETATO DE AMONIO	631-61-8	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo ACS	CH₃COONH₄	77.08	19 / 06 / 2026	Junio 2036

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [CH ₃ COONH ₄]	98.5 %	97.0 % mín.
pH de la solución al 5% a 25 °C	7.1	6.7 –7.3
Materia insoluble	< 0.005 %	0.005 % máx.
Residuo después de la ignición	0.01 %	0.01 % máx.
Cloruro (Cl)	< 0.0005 %	0.0005 % máx.
Nitrato (NO ₃)	< 0.001 %	0.001 % máx.
Sulfato (SO ₄)	0.001 %	0.001 % máx.
Metales pesados (como Pb)	< 0.0002 %	0.0005 % máx.
Hierro (Fe)	< 0.0003 %	0.0005 % máx.

Soporte técnico:

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad **ISO 9001:2015** Número de registro del certificado: 10008077 QM15.

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.</i>
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.

RE-LAB-011 "Certificado de Análisis" Rev.1-A	Pág. 1 de 1
---	--------------------