

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	61087
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
3096	PROPILENGLICOL	57-55-6	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo ACS	CH₃CHOHCH₂OH	76.09	25 / 06 / 2026	Junio 2036

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo (CH ₃ CHOHCH ₂ OH) (por C.G.)	99.9 %	99.5 % mín.
Color (APHA)	< 10	10 máx.
Residuo después de la ignición	0.002 %	0.005 % máx.
Agua	< 0.1 %	0.2 % máx.
Cloruro	< 0.0001 %	0.0001 % máx.
Acidez titulable (meq/g)	0.0005	0.0005 máx.

Soporte técnico:

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad **ISO 9001:2015** Número de registro del certificado: 10008077 QM15.

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11^a edición.</i>

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.