

| Certificado de Análisis |                          | Lote      | 61127 |
|-------------------------|--------------------------|-----------|-------|
| Catálogo                | Descripción del producto | CAS No.   |       |
| 3031                    | AGUA DESMINERALIZADA     | 7732-18-5 |       |

| Grado    | Fórmula          | P.M.  | Fecha Elaboración | Fecha Caducidad |
|----------|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| Reactivo | H <sub>2</sub> O | 18.02 | 03 / 07 / 2026    | Julio 2029      |

| Pruebas                                     | Resultados   | Especificaciones |
|---------------------------------------------|--------------|------------------|
| Residuo después de la evaporación           | < 0.001 %    | 0.001 % máx.     |
| pH e Incertidumbre                          | 5.5 ± 0.3    | 5.0 - 7.0        |
| Conductividad e Incertidumbre (µS/cm)       | 0.8 ± 0.1    | 1.5 máx.         |
| Sustancias reductoras del KMnO <sub>4</sub> | Pasa prueba  | Pasa prueba      |
| Amonio (NH <sub>4</sub> )                   | < 0.00003 %  | 0.00003 % máx.   |
| Hierro (Fe)                                 | < 0.00004 %  | 0.00004 % máx.   |
| Calcio (Ca)                                 | < 0.00004 %  | 0.00004 % máx.   |
| Cloruro (Cl)                                | 0.00004 %    | 0.00004 % máx.   |
| Sulfato (SO <sub>4</sub> )                  | 0.0001 %     | 0.0001 % máx.    |
| Metales pesados (como Pb)                   | < 0.000001 % | 0.000001 % máx.  |

#### Trazabilidad

Los equipos empleados en la medición de pH son calibrados a 25°C con soluciones patrón trazables al CENAM, preparadas a partir de los materiales de referencia **CMR-6200206h** y **CMR-6200358c**.

Los equipos empleados en la medición de conductividad son calibrados a 25 °C, con soluciones patrón Trazables al NIST, preparados a partir del material de referencia **SRM 999c**.

- **Calibración de balanzas y verificación.**

Las balanzas analíticas y las pesas usadas para la verificación, son calibradas por un laboratorio acreditado.

- **Verificación del material de vidrio.**

Se emplea un procedimiento interno para verificar la calibración del material de vidrio clase A usado en los procesos de laboratorio.

#### Soporte técnico

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 número de registro del certificado 10008077 QM15.



## Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

### Observaciones:

*Conforme a especificaciones internas.*

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**