

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	61145
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
2060	ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70 %	67-63-0 7732-18-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N/A	N/A	08 / 07 / 2026	Julio 2029

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo ($CH_3CHOHCH_3$)	69.5 %	68.0 – 72.0 %
Apariencia	*LCLMS	*LCLMS
Color (APHA)	< 3	10 máx

Soporte técnico:

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad **ISO 9001:2015** Número de registro del certificado: 10008077 QM15

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones internas.</i> <i>*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida.</i>

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.