



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **61197**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

4080

TOLUENO

108-88-3

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha Elaboración

Fecha Caducidad

Reactivo ACS

$C_6H_5CH_3$

92.14

15 / 07 / 2026

Julio 2036

Pruebas

Resultados

Especificaciones

Ensayo [$C_6H_5CH_3$] (por C.G.)

> 99.9 %

99.5 % mín.

Color (APHA)

3

10 máx.

Residuo después de la evaporación

< 0.001 %

0.001 % máx.

Sustancias oscurecidas por ácido sulfúrico

Pasa prueba

Pasa prueba

Compuestos de azufre (como S)

< 0.003 %

0.003 % máx.

Agua (H_2O)

< 0.02 %

0.03 % máx.

Soporte técnico:

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad **ISO 9001:2015** Número de registro del certificado: 10008077 QM15.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11^a edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.