

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	61200
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
8012	SULFATO DE PLATA	10294-26-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo ACS	Ag₂SO₄	311.80	16 / 07 / 2026	Julio 2036

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [Ag ₂ SO ₄]	98.3 %	98.0 % mín.
Materia insoluble y cloruro de plata	0.02 %	0.02 % máx.
Nitrato (NO ₃)	< 0.001 %	0.001 % máx.
Sustancias no precipitadas por ácido clorhídrico	0.03 %	0.03 % máx.
Hierro (Fe)	< 0.001 %	0.001 % máx.

Soporte técnico:

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad **ISO 9001:2015** Número de registro del certificado: 10008077 QM15.

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.</i>
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.