

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	B 2053
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0969	BUFFER DE ACETATO DE TRIETILAMONIO	121-44-8 7732-18-2 64-19-7	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración
Reactivo	N/A	N/A	15/01/2026

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Color	Pasa Prueba	Pasa prueba
Molaridad	1.00	0.98-1.02 mol/L
pH	7.0	6.9-7.1
Residuos (Filtración)	Pasa prueba	Pasa Prueba

Observaciones: Conforme a especificaciones

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.