



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	PE1224
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0780	LIMPIADOR ALCALINO.	1310-73-2 7732-18-5 6381-92-6 7558-79-4 9002-93-1	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	17 / 11 / 2017	Noviembre 2020

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Apariencia	LMS*	LMS*
pH de la solución al 5%	12	12 – 14

Observaciones:

Conforme a especificaciones

*LMS: Libre de Materia en Suspensión.

Control de Calidad
Q.F.B Iván Zúñiga



Firma