

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	B2015
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
3098	POLIETILENGLICOL 4000 PEG 4000	25322-68-3	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha</i>	<i>Caducidad</i>
NF	H(OCH₂CH₂O)nOH	3500 - 4500	5/06/2025	Junio 2035

<i>Pruebas</i>	<i>Resultados</i>	<i>Especificaciones</i>
Residuo después de la ignición	0.052 %	0.1 % máx.
pH (100 g/L a 20°C)	5.6	4.5 a 7.5
Metales pesados (como Pb)	<0.0005 %	0.0005 % máx.

Observaciones: Conforme a especificaciones.
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.