

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	26958
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0863	INDICATION SOLUTION #2 VERDE DE BROMOCRESOL 0.1% INDICADOR EN SOLUCIÓN ALCOHOLICA (Alcohol isopropílico)	64-63-0 76-60-8	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N.A.	N.A.	31 / 08 / 2018	Agosto 2021

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Claridad de la solución alcohólica	Pasa prueba	Pasar prueba
<u>Intervalo visual de transición:</u>		
pH 3.8	Amarillo	Amarillo
pH 5.4	Azul	Azul

Observaciones:
Conforme a especificaciones.

Control de Calidad
Q.F.B Iván Zúñiga
Firma