

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	28719
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0611	NITRATO DE PLATA Solución volumétrica 0.1 N	7761-88-8	7732-18-5

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N/A	N/A	24 / 06 / 2019	Junio 2022

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.1001 N	0.1 ± 0.0005 N
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*
pH	5.5	3.0 – 6.0

<i>Observaciones:</i>	<i>Control de Calidad</i>
Conforme a especificaciones. Solución estandarizada a 20 °C. Trazable al NIST. Material estandarizado de referencia SRM 999c. *LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida.	Q.F.B Daniel Torres <i>Daniel Torres</i> Firma