

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	28758
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
3090	ÉTER DE PETRÓLEO	8032-32-4	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo ACS	N / A	N / A	04 / 07 / 2019	Julio 2029

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Color (APHA)	3	10 máx.
Rango de ebullición	45°C	35 – 60 °C
Residuo después de la evaporación	< 0.001 %	0.001 % máx.
Acidez	Pasa prueba	Pasa prueba

<i>Observaciones:</i>	<i>Control de Calidad</i>
Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.	Q.F.B Daniel Torres
	<i>Daniel Torres</i>
	Firma